Kit de prélèvement Papill**oCheck**®

Rév. 465075_00_01

greiner bio-one

Contenu

50 kits de prélèvement Papill**oCheck**®

Chaque kit de prélèvement Papill**oCheck**® comprend une brosse cervicale et un flacon rempli de 5 mL de milieu de transport de l'échantillon conditionnés dans un emballage coque doté d'une étiquette.

Symboles

	Utiliser avant la date de péremption
REF	Référence catalogue
LOT	Numéro de lot
	Consulter le mode d'emploi
	Exclusivement à usage unique
WARNING	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage P264 - Se laver soigneusement après manipulation P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
CE	Marquage CE de conformité
	Limite de température
	Fabricant

Mode d'emploi

Avant d'utiliser le kit de prélèvement Papill**oCheck**®, lire attentivement la totalité du mode d'emploi. Le mode d'emploi imprimé sur chaque emballage coque ne contient que des informations générales sur la manipulation du kit.

(fr) Téléchargez le tout dernier mode d'emploi, disponible dans plusieurs langues :

(en) Download up-to-date instructions for use, available in multiple languages: / **(de)** Laden Sie die aktuelle, in mehreren Sprachen verfügbare Gebrauchsanweisung herunter: / **(es)** Descargue instrucciones de uso actualizadas, disponibles en varios idiomas: / **(it)** Download delle istruzioni per l'uso aggiornate, disponibili in diverse lingue: / **(pt)** Descarregar instruções de utilização actualizadas, disponíveis em várias línguas: / **(nl)** Download de meest actuele gebruiksaanwijzing, beschikbaar in verschillende talen: / **(da)** Download aktuel brugsanvisning, der er tilgængelig på forskellige sprog: / **(sv)** Ladda ned aktuell bruksanvisning, som finns tillgänglig på olika språk: / **(pl)** Pobierz aktualną instrukcję obsługi, dostępną w różnych językach: / **(no)** Last ned oppdaterte instrukser for bruk, tilgjengelig på ulike språk: / **(el)** Κατεβάστε τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης, διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες: / **(tr)** Farklı dillerde mevcut olan kullanma talimatlarını indirin:

www.gbo.com/bioscience/biochips_download

Destination

(fr) Pour le prélèvement et le transport d'échantillons cervicaux à analyser avec Papill**oCheck**®.

(en) For the collection and transport of cervical samples to be analysed by Papill**oCheck**®. / **(de)** Für Entnahme und Transport von zervikalen Proben zur Analyse mit Papill**oCheck**®. / **(es)** Para la extracción y el transporte de las muestras cervicales que se analizarán con Papill**oCheck**®. / **(it)** Per la raccolta e il trasporto di campioni cervicali da analizzare con Papill**oCheck**®. / **(pt)** Para a colheita e o transporte de amostras cervicais a serem analisadas com Papill**oCheck**®. / **(nl)** Voor het maken en het transport van cervicale uitstrijkjes die door Papill**oCheck**® geanalyseerd worden. / **(da)** Til indhentning og transport af cervixprøver til analyse vha Papill**oCheck**®. / (sv) För provtagning och transport av cervixprover som ska analyseras med Papill**oCheck**®. / **(pl)** Do pobierania i transportu próbek do analizy pobranych z szyjki macicy za pomocą zestawu Papill**oCheck**®. / **(no)** For innsamling og transport av cervicalprøver som skal analyseres med Papill**oCheck**® / **(el)** Για τη λήψη και τη μεταφορά των προς εξέταση δειγμάτων εκ του τραχήλου της μήτρας με το Papill**oCheck**®. / **(tr)** Papill**oCheck**® ile analiz edilecek servikal örneklerin alınması ve taşınması içindir.

Description du produit

Brosse cervicale :
La brosse cervicale du kit de prélèvement Papill**oCheck**® est conçue pour prélever simultanément des échantillons de l'ectocol et de l'endocol. Elle est dotée d'une tête séparable qui reste dans le flacon de stockage après le prélèvement de l'échantillon, assurant ainsi que l'ensemble de l'échantillon est prélevé.

Flacon avec milieu de transport de l'échantillon Papill**oCheck**® **:**
Le volume de 5 mL du milieu de transport de l'échantillon assure des conditions de stockage et de transport optimales sans contamination ni dégradation de l'ADN. La taille du flacon de stockage permet une manipulation aisée et sûre de l'échantillon pour une analyse en aval, même avec la tête séparable dans le flacon.

Stockage du kit

Le kit de prélèvement Papill**oCheck**® est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation. Stocker les kits de prélèvement Papill**oCheck**® fermés dans leur emballage d'origine à une température comprise entre 15 et 30 °C, dans un endroit propre et sec, jusqu'à la date de péremption.

Avertissements et précautions

- **NE PAS UTILISER CE KIT POUR PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON DE L'ENDOMÈTRE.**
- **NE PAS UTILISER CE KIT EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION DE GROSSESSE.**
- Le kit de prélèvement Papill**oCheck**® est un produit exclusivement à usage unique. Ne pas réutiliser une quelconque partie du kit.
- Ne pas utiliser le kit de prélèvement Papill**oCheck**® après la date de péremption indiquée.
- Ne pas utiliser le kit de prélèvement Papill**oCheck**® si un quelconque élément est endommagé ou présente une fuite.
- Manipuler tous les échantillons biologiques et les dispositifs de prélèvement usagés conformément aux politiques et procédures de l'établissement.
- Manipuler les échantillons biologiques avec toute la prudence médicale requise, car ils peuvent transmettre des maladies infectieuses.
- Porter des gants jetables et une blouse de laboratoire afin de réduire les risques d'infection.

Prélèvement d'un échantillon pour Papill**oCheck**®

PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS DU COL DE L'UTÉRUS POUR MINIMISER LE RISQUE D'EXPOSITION.



1. Prélever un échantillon au niveau du col de l'utérus : insérer doucement la brosse cervicale dans l'endocol et la faire tourner d'un demi-tour à un tour (Fig. 1).

REMARQUE : *Prélever l'échantillon avant d'appliquer de l'acide acétique ou de l'iode pendant la colposcopie.*



2. Ouvrir le flacon contenant le milieu de transport de l'échantillon. Insérer la brosse cervicale et casser la tête séparable de la brosse au point de rupture.

REMARQUE : *Pour faciliter la cassure de la tête de la brosse, insérer la brosse dans le flacon, plier la tige de la brosse et la faire tourner.*



3. Bien fermer le bouchon du flacon et compléter l'étiquette autocollante. Envoyer le flacon fermé au laboratoire partenaire conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.

Mise au rebut

Respecter toutes les consignes d'hygiène générale et les réglementations nationales, régionales et locales relatives à la mise au rebut des échantillons et matériaux usagés.

Stockage et transport de l'échantillon

Pour optimiser les résultats, les échantillons du col de l'utérus prélevés à l'aide du kit de prélèvement Papill**oCheck**® ne doivent pas être conservés à température ambiante pendant plus de 14 jours. Les échantillons peuvent être transportés sans réfrigération. Le transport des échantillons doit se conformer à toutes les réglementations nationales, régionales et locales relatives au transport.

15°C 30°C WARNING REF 465 075

Made in France

Greiner Bio-One GmbH
Maybachstrasse 2, 72636 Frickenhausen, Germany
Phone : (+49) 7022 948-0
Fax : (+49) 7022 948-514
info@de.gbo.com
www.gbo.com/bioscience

greiner bio-one